

Znak sprawy: AG.26.1.5.2019

Tarnobrzeg, 2 września 2019r.

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Dotyczy: Dostawa sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego, wspomagającego w ramach projektu pn. „ Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zgodnie z art. 38 ust. 2 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przekazuje Wykonawcom treść pytania z wyjaśnieniem:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający w pozycji 2. Podnośnik transportowo-kąpielowy – 1 szt.dopuszcza podnośnik, gdzie przedział podnoszenia wynosi 421-1647 mm, maksymalne obciążenie 150 kg, przy wadze podnośnika nieznacznie większej 33,5 kg ? Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający w pozycji 5.Fotelik stabilizujący – 1 szt. dopuszcza fotelik, gdzie wysokość oparcia wynosi 650 – 780 mm, maksymalne obciążenie 50 kg, kąt nachylenia oparcia 45, kąt płaszczyzny siedzenia -13-25'', waga całkowita 25 kg ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający w pozycji 17. Wózek toaletowo prysznicowy dopuści wózek gdzie:

Wózek prysznicowo – toaletowy z wyściełanym oparciem i siedziskiem. Wyposażony jest w uchylne podłokietniki oraz podnóżki odchylane, regulowane na wysokość, ułatwiające wsiadanie do wózka. Aluminiowa konstrukcja i materiały, z których został wykonany, zapewniają jego niezawodność i komfort w codziennym użytkowaniu przez pacjenta. W standardzie posiada tylne małe koła i niezależne hamulce na każdym z kół, wiaderko sanitarne, maskownicę otworu toaletowego. Wózek nie ma możliwości wjechania bez pojemnika na toaletę.

Nośność 150 kg

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający w pozycji 33. Łóżko rehabilitacyjne – 10 szt., 34. Łóżko rehabilitacyjne – 40 szt dopuści łóżko rehabilitacyjne nieznacznie szersze o szerokości 105 cm? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści łóżko rehabilitacyjne o szerokości 105 cm.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający w pozycji 37. Balkonik dziecięcy dopuści balkonik, gdzie:

- maksymalne obciążenia wynosi 40 kg, lub 55kg w zależności od rozmiaru
- długość 76 cm, lub 83 cm w zależności od rozmiaru
- całkowita szerokość 68 cm, lub 72 cm
- wysokość uchwytów (rączki standardowe) 58–72 cm, 64–85 cm w zależności od rozmiaru?

Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie 6.

Czy Zamawiający w pozycji 41. Pionizator dla dorosłych dopuści, gdzie:

- Maksymalna waga użytkownika 95 kg
- Szerokość 67 cm
- Długość 93 cm
- Wysokość 107 cm
- Waga 27,5 kg ?

Pozostałe parametry bez zmian. Opis Zamawiającego pochodzi prawdopodobnie ze starszego modelu pionizatora.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pionizator dla dorosłych o wyżej podanych parametrach.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający w pozycji 48. Materac przeciwodleżynowy i 49. Materac przeciwodleżynowy dopuści materac do III stopnia, wykonany Warstwa pianki górnej o grubości 55mm i gęstości 40 kg/m³ z kanałami wentylacyjnymi od wewnętrznej strony materaca. Warstwa pianki dolnej o grubości 85mm i gęstości pianki 35 kg/m³ ??

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 05.09.2019r. godz. 10.00, otwarcie ofert w dniu 05.09.2019r. godz. 11.00

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Liliana Lewińska